

**Verensokerimittarit ja niiden testiliuskat (omaseurantakäyttöön) - 1.9.2023 - 31.8.2025 + optio toistaiseksi - Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - päätös Pohjois-Karjalan hankintatoimen tarjouspyyntöön 413273**

6768/02.08.00.04/2023, §

**Hankintayksikkö** Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote

**Selostus asiasta** **Hankinnan nimi**

413273, Verensokerimittarit ja niiden testiliuskat (omaseurantakäyttöön), Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sote

**Hankinnan kuvaus**

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun soten toiminta-alueen väestön omaseurantakäyttöön soveltuvien verensokerimittarien testiliuskojen ja niihin yhteensopivien mittarien hankinnan aloituspakkauksineen sopimuskaudelle 1.9.2023 - 31.8.2025 + optiona toistaiseksi voimassaoleva sopimus.

Sopimus jatkuu 1.9.2025 alkaen toistaiseksi voimassa olevana, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään määräaikaisen sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanoetaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti.

Toistaiseksi voimassaolevalla sopimuskaudella toimittajan irtisanoessa sopimuksen noudatetaan kuuden (6) kuukauden ja tilaajan irtisanoessa sopimuksen kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa.

Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa.

Hankintamalli on 2 - 4 toimittajan järjestely, johon sopimustoimittajat valitaan 2- vaiheista vertailumenetelmää käyttäen:

**VAIHE 1:**

Kaikki tarjouspyynnön soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoukset ja niissä tarjotut verensokerimittarit ja niihin yhteensopivat testiliuskat koekäytetään. Tuotteiden koekäytöstä vastaa ISLAB.

Koekäytön hyväksytysti läpäisseiden tuotteiden tarjoukset pisteytetään huutokauppaa varten seuraavin perustein:

Osa-alue 1: Hinta 100 p.

Osa-alue 2:

Hinta max. 95 p.

Laatu max. 5 p.

Tuotekohtaisilla laadun vähimmäisvaatimuksilla ja tuotteiden koekäytöllä/tuotetestauksella tuotteille varmistetaan tarjouspyynnön vaatimusten mukainen laatutaso ja käyttötarkoituksen mukaisuus.

#### **VAIHE 2:**

Huutokaupan perusteella sopimustuotteiksi valitaan osa-alueittain kaksi (2) kokonaistaloudellisesti edullisinta verensokerimittari + testiliuska kokonaisuutta, verensokerimittarin toiminnallisten käyttöominaisuuksien perusteella siten että ne soveltuvat mahdollisimman monenlaisille käyttäjille.

Tilaajan näkökulmasta kokonaistaloudellisesti edullisinta on, että sopimustuotteeksi valittu testiliuska soveltuu käytettäväksi useammassa sopimustuotteeksi valittavassa verensokerimittarissa.

#### **Sopimuskauden aikainen toimintamalli**

Siun soten keskusvarasto tilaa sopimustuotteet suoraan sopimustoimittajilta. Käyttäjäkohtaista sopimustuotetta valitessaan tilaaja huomioi käyttäjän yksilölliset tarpeet ja kokonaistaloudellisen edullisuuden periaatteet.

#### **Ilmoitus julkaistu**

17.5.2023 13:46:44

#### **Saapuneiden tarjousten tai hakemusten lukumäärä**

Määräaikaan 19.6.2023 14:00:00 mennessä saapui 3 tarjousta / hakemusta.

#### **Päätös**

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin seuraavasti:

Osa-alue 1: Hinta 100 p.

Osa-alue 2:

Hinta max. 95 p. Laatu max. 5 p., joka koostuu seuraavista kohdista:

- Mittarissa on ateriamerkintämahdollisuus ennen ja jälkeen aterian omilla symboleilla (vähimmäisvaatimus) max. 1 p

Toimialuejohtaja, terveys- ja sairaanhoitopalvelut  
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

28.08.2023  
§ 14/2023

- Insuliiniannostuksen tallennusmahdollisuus mittarissa tai sovelluksessa (vähimmäisvaatimus) max. 1 p
- Hiilihydraattitietojen tallennusmahdollisuus mittarissa tai sovelluksessa (vähimmäisvaatimus) max. 1 p
- Mittari lähettää tiedot langattomasti ilman ulkoista sovitinta tuotepariksi rekisteröidylle (iOs- ja Android) älylaitteelle automaattisesti max. 2 p

Pisteiden määräytyminen ja laskukaavat ovat nähtävillä tarjouspyynnöstä. Tarjouspyynnössä on määritelty huutokaupan kohteet, kyseisten kohteiden vähimmäismuutos huutokaupan aikana sekä kuinka kyseisten kohteiden pisteytys määräytyy.

Hankintayksikkö arvioi määräaikaan mennessä Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta saapuneet tarjoukset tarjouspyynnössä mainittujen valinta- ja kelpoisuuskriteerien mukaisesti. Huutokauppaan voidaan ottaa mukaan vain sellaiset tarjoajat ja tarjoukset, jotka täyttävät kaikki tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset.

Määräaikaan mennessä saapui yhteensä kolme (3) tarjousta, joista kaksi (2) täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset.

Mediq Suomi Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana molemmista kohderyhmistä. Tarjouspyynnössä oli seuraava vaatimus: "Toimittajan toimittamia kontroleja kaksi (2) eri tasoa mitataan seitsemän (7) pv ja kontrollien molempien tasojen on oltava valmistajan ilmoittamissa hyväksymisrajoissa testin jokaisena päivänä, kaikilla kolmella (3) testiliuskaerällä."

Tarjoajan positioon 1.1. tarjoama mittari ei täytä vaatimusta. 7 päivänä mitatuista kontrollituloksista (Low ja High) toimittajan ilmoittamissa hyväksymisrajoissa Low-kontrollilla oli liuskaerällä WF08JBWWB 1/7 päivänä, liuskaerällä WF08JBWYD 3/7 päivänä, liuskaerällä WF09JBWZA 1/7 päivänä.

Tarjoajan positioon 2.1. tarjoama mittari ei täytä vaatimusta. 7 päivänä mitatuista kontrollituloksista (Low ja High) toimittajan ilmoittamissa hyväksymisrajoissa Low-kontrollilla oli liuskaerällä WF08JBWWB 0/7 päivänä, liuskaerällä WF08JBWYD 4/7 päivänä, liuskaerällä WF09JBWZA 2/7 päivänä.

Tarjouspyynnössä oli myös seuraava vaatimus: "Koekäytettävien tuotteiden mittaustuloksista 95 % on oltava +/-15 % sisällä glukositasolla yli tai yhtä suuri kuin 5,5 mmol/l ja +/-0,83 mmol/l pitoisuusalueella alle 5,5 mmol/l jokaisen eri testiliuskaerän osalta."

Tarjoajan positioon 1.1. tarjoama mittari ei täytä vaatimusta. Liuskaerällä WF08JBWWB 87,5 %, liuskaerällä WF08JBWYD 77,5 %, liuskaerällä WF09JBWZA 90,0 % tuloksista oli ilmoitetuissa hyväksymisrajoissa.

Toimialuejohtaja, terveys- ja sairaanhoitopalvelut  
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

28.08.2023  
§ 14/2023

Tarjoajan positioon 2.1. tarjoama mittari ei täytä vaatimusta. Liuskaerällä WF08JBWWB 78,6 %, liuskaerällä WF08JBWYD 85,7 %, liuskaerällä WF09JBWZA 83,3 % tuloksista oli ilmoitetuissa hyväksymisrajoissa.

Päätän, että omaseurantakäyttöön soveltuvien verensokerimittarien testiliuskojen ja niihin yhteensopivien mittarien hankinnassa aloituspakkauksineen huutokauppaan kutsuttaviksi hyväksytään kaikki tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneet tarjoajat.

Vähimmäisvaatimukset täyttäneille tarjoajille tullaan lähettämään kutsu huutokauppaan sähköpostitse. Huutokauppakutsu sisältää mm. huutokaupan ajankohdan (aloitus- ja lopetusajankohta), tarjoajan lähtöpisteet huutokauppaan sekä sen hetkisen sijoituksen tarjouskilpailussa sekä tietoa huutokaupan kulusta, teknisistä vaatimuksista ja pistelaskennasta.

Huutokauppa voi alkaa aikaisintaan kahden (2) työpäivän kuluttua huutokauppakutsun lähettämisestä.

#### Perustelut

Hankintayksikkö arvioi määräaikaan mennessä Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta saapuneet tarjoukset tarjouspyynnössä mainittujen valinta- ja kelpoisuuskriteerien mukaisesti. Huutokauppaan voidaan ottaa mukaan vain sellaiset tarjoajat ja tarjoukset, jotka täyttävät kaikki tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset

Hankintayksikkö on kohdellut kaikkia hankintamenettelyyn osallistuneita ja muita toimittajia hankintalain mukaisesti tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toiminut suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

#### Lain, asetuksen tai hyvinvointialueen säännön kohta, johon päätös perustuu

Laki julkisista hankinnoista 1397/2016 4 luku 25 §  
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintosäntö 22 §  
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hankintaohje (aluehallitus 21.12.2022 § 241)

#### Muutoksenhaku

Hankintaoikaisu ja valitus markkinaoikeuteen. Ohje on päätöksen liitteenä.

#### Allekirjoitus ja virka-asema

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Toimialuejohtaja, terveys- ja sairaanhoitopalvelut  
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

28.08.2023  
§ 14/2023

---

28.08.2023

Susanna Wilén  
Toimialuejohtaja, terveys- ja sairaanhoitopalvelut

**Lisätietojen antaja**

Pohjois-Karjalan hankintatoimi, hankinta@jns.fi

**Nähtävänäpito**

Päätös on julkaistu Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa 28.08.2023 (päätöksen liitteet sekä tarjousasian käsittelyä varten annetut selvitykset ja muut asiakirjat tulevat julkiseksi vasta, kun hankintasopimus asiassa on tehty (julkisuuslain 6 § 1 momentin 3 kohta)).

**Jakelu**

Asianosaiset  
Pohjois-Karjalan hankintatoimi  
hankinnat@siunsote.fi